




คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 11
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง
โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1. **ความต้องการ** เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูงแบบนอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทารกในสถานพยาบาล
3. **คุณสมบัติทั่วไป**
 - 3.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบนอน
 - 3.2 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์
 - 3.3 ถาดชั่งสำหรับให้เด็กนอนทำจากพลาสติกABS ขนาดไม่มากกว่า 600 x 280 x 100 มิลลิเมตร
4. **คุณสมบัติเฉพาะ**
 - 4.1 ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 กรัม
 - 4.2 สามารถชั่งได้ทั้งในรูปแบบหน่วยของกิโลกรัม (kg.) และปอนด์ (lb.)
 - 4.3 จอแสดงผล LCD เป็นตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ซึ่งทำให้อ่านง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
 - 4.4 มีโปรแกรมชั่งน้ำหนัก TARE (หักค่าภาชนะ) และ Hold (ล็อกค่าน้ำหนักเด็ก)
 - 4.5 มีสเกลสำหรับวัดความสูงของเด็กขณะนอนได้ตั้งแต่ 0 - 56 เซนติเมตร หรือดีกว่า และมีความละเอียดไม่มากกว่า 1 มิลลิเมตร โดยบวกค่าที่วัดได้ทั้งสองด้านรวมกัน (ซ้ายและขวา)
 - 4.6 มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 - 4.7 เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 3 นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
 - 4.8 ขาดังเครื่องสามารถปรับระดับได้


นางนภาพรณี แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ


นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ


นางศิริพร ศรีหรัย
กรรมการ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในแถบอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
- 5.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริง ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา
- 5.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 5.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับ
- 5.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) มอบให้พร้อมเครื่องอย่างละ 2 ชุด (ฉบับจริงอย่างน้อย 1 ชุด)
- 5.6 บริษัทต้องแนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่อง และสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- 5.7 ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องทุก 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ ใช้งานได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ หากแก้ไขแล้ว 2 ครั้งและเครื่องยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ามาสำรองใช้แทนให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อ กำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น



นางนภาพรณัฏ์ แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ



นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ



นางศิริพร ศรีหรัย
กรรมการ