




คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 12
โคมไฟส่องเย็บแผล
โรงพยาบาลตะลุง อำเภอละลุง จังหวัดสตูล

1. ความต้องการ โคมไฟส่องเย็บแผล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ให้แสงสว่างสำหรับการทำหัตถการต่างๆ เช่น ทำแผล ผ่าตัดเล็ก ฯลฯ
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 หลอดไฟเป็นหลอดฮาโลเจน
 - 3.2 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.3 ติดตั้งบนเสาล้อเลื่อนที่มีล้อชนิดหมุนได้รอบตัว อย่างน้อย 5 ล้อ
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น DC 12 โวลต์ ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 - 4.2 สามารถให้แสงสว่างสูงสุด 12,000 LUX
 - 4.3 ใช้หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 12 โวลต์ 35 วัตต์
 - 4.4 มีแผ่นกระจกสีฟ้าอ่อน กรองรังสีความร้อน
 - 4.5 โคมไฟมีแกนยาว ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สามารถปรับตรง-โค้ง ได้สะดวกตามต้องการ
 - 4.6 มีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่มีมือจับหัวโคม และมีชุดหรีแสงสว่างที่ตัวโคม
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในแถบยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย
 - 5.2 ผู้เสนอราคาต้องสาธิตวิธีการใช้งานและแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจนเข้าใจ และสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 - 5.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
 - 5.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันตรวจรับของครบ
 - 5.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมอบให้พร้อมเครื่องอย่างละ 2 ชุด


นางนภาพรณัฏ์ แก้วเหมือน
ประธานกรรมการ


นางนิวดา หนูชูสุข
กรรมการ


นางศิริพร ศรีหรัย
กรรมการ